

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
1	Ευρυγώνιο σύστημα προβολής μιας χρήσεως Εξαιρετικό βάθος πεδίου, υψηλή ευκρίνεια υπό μεγάλη μεγένθυση μειώνει την ανάγκη για φακό επαφής. Ευρυγώνιο οπτικό πεδίο 130ο με εξαιρετική ανάλυση στην περιφέρεια. Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση με αντικειμενικό φακό $f=175\text{mm}$ ή $f=200\text{mm}$. Συσκευασία 6 τμχ.
2	Πακέτο συνδυασμένης επέμβασης 25 gauge (φακοθρυψίας και οπίσθιας υαλοειδεκτομής) συμβατό με μηχανήμα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. . Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο με λοξότμητο άκρο και δυνατότητα υαλοειδεκτομής 10.000 κοπών/λεπτό, τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση και επίχυση, ενδοφωτισμό ευρείας γωνίας καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης .Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
3	Πακέτο οπίσθιας υαλοειδεκτομής 25 gauge συμβατό με μηχανήμα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο με δυνατότητα υαλοειδεκτομής τουλάχιστον 7.500 κοπών/λεπτό, τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση και επίχυση, ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
4	Πακέτο συνδυασμένης επέμβασης 25 gauge (φακοθρυψίας και οπίσθιας υαλοειδεκτομής) συμβατό με μηχανήμα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. . Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο με δυνατότητα υαλοειδεκτομής ως 7.500 κοπών/λεπτό, τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση και επίχυση, ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
5	Αναλώσιμο σετ σωληνώσεων με σύριγγα μιας χρήσης με δυνατότητα επιλογής 20/23/25ga για εισαγωγή ελαίου σιλικόνης συμβατό με μηχανήμα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
6	Στειλός endolaser μιας χρήσης ο οποίος διαθέτει σύστημα αναγνώρισης RFID, ενσωματωμένο ενδοφωτισμό, λαβή με πλήκτρο ολίσθησης ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή ρύθμιση της άρθρωσης της κάνουλας, κάνουλα με

	συνεχή ρυθμιζόμενη άρθρωση ώστε να επιτυγχάνει ευρύτερη πρόσβαση στην περιφέρεια από ότι με τους συμβατικούς στείλεους laser και να επιτρέπει την μη υποβοηθούμενη σκληρική πίεση από τον χειρουργό. Ο στείλεός να είναι συμβατός με μηχανήμα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε ποικιλία διαστάσεων 23g, 25g, 27g. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
7	Στείλεός ενεργητικής - παθητικής αναρροφήσεως με άκρο σιλικόνης 2.0mm 25 ga που συνδέεται σε μηχανήμα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε ποικιλία διαστάσεων 23g, 25g, 27g. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
8	Ενδοφωτισμός τύπου Chandelier 25ga διάχυτος με αυτόματο σύστημα αναγνώρισης RFID μιας χρήσης συμβατό με μηχανήμα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 12 τεμαχίων. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
9	Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) ILM 25gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στείλεού σε 360°, η οποία αποτελείται από στείλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Οι εξωτερικές επιφάνειες των άκρων της λαβίδας να είναι επεξεργασμένες με laser δημιουργώντας μικρές εκτομές ώστε να επιτυγχάνεται η μη τραυματική έναρξη της διαδικασίας αφαίρεσης της μεμβράνης καθώς και καλύτερο κράτημα των μεμβρανών για την αφαίρεση τους. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων
10	Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) τύπου End grasping 25 gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στείλεού σε 360°, η οποία αποτελείται από στείλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία, εργονομία και βελτιώνει την απεικόνιση κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης των μεμβρανών. Το συνολικό μήκος του tip να είναι 27mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 3.3mm και να προσφέρει δύναμη κρατήματος περί τα 25g. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων
11	Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) με ασύμμετρους κοίλους σιαγόνες (Asymmetrical forceps) 25 gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στείλεού σε 360°, η οποία αποτελείται από στείλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία, εργονομία και βελτίωση της αφαίρεσης των μεμβρανών. Το συνολικό μήκος του tip να είναι 26mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 2.6mm και να προσφέρει δύναμη κρατήματος περί τα 25g. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων
12	Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) τύπου MAXGRIP 25 gauge με μικρο-ανάγλυφη

	επιφάνεια και ελαφρά στρογγυλεμένο άκρο για ασφαλές πιάσιμο βαριών ή προσκολλημένων μεμβρανών, 25 gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στείλεού σε 360°, η οποία αποτελείται από στείλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Το συνολικό μήκος του tip να είναι 26mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 2.4mm και να προσφέρει δύναμη κρατήματος περί τα 60g. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων.
13	Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) τύπου Serrated με οδοντωτή επιφάνεια και ελαφρά στρογγυλεμένο άκρο για ασφαλές πιάσιμο βαριών ή προσκολλημένων μεμβρανών, 25 gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στείλεού σε 360°, η οποία αποτελείται από στείλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Το συνολικό μήκος του tip να είναι 26mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 2.4mm και να προσφέρει δύναμη κρατήματος περί τα 60g. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων
14	Ενιαίο κυρτά οριζόντιο ψαλίδι (handpiece+tip), 25 gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στείλεού σε 360°, το οποίο αποτελείται από στείλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Το ψαλίδι διαθέτει λεπτές καμπυλωτές λεπίδες 40° για ομαλή δράση κοπής. Το συνολικό μήκος του tip να είναι 26mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 2.5mm και να προσφέρει μήκος κοπής περί του 1mm. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων και να είναι συμβατό με τροκάρ με βαλβίδα.
15	Στείλεός ενδοδιαθερμίας 25 gauge μια χρήσης κατάλληλος για το πρόσθιο και οπίσθιο τμήμα του οφθαλμού ο οποίος διαθέτει απώτερο tip 30° και μαλακή λαβή αφής με συνολικό μήκος 89mm ενώ το μήκος του tip είναι 30mm. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
16	Επικερατικός, ασφαιρικός χειρουργικός φακός επαφής μιας χρήσης για απεικόνιση των δομών του αμφιβληστροειδούς κατά την διάρκεια επεμβάσεων υαλοειδεκτομών με πεδίο προβολής 30° και σφαιρική δύναμη -59D. Να διαθέτει αντιανακλαστική επιφάνεια ενώ ο σχεδιασμός του να επιτρέπει την ισχυρή συγκράτηση με τον κερατοειδή ώστε να απελευθερώνονται τα χέρια του χειρουργού. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων
17	Στείλεός με ενσωματωμένο ενδοφωτισμό και λοξόμητο άκρο το οποίο επιτρέπει των χειρισμό των ιστών του υαλοειδούς και των μεμβρανών κατά την διάρκεια των χειρουργικών διαδικασιών. Ο στείλεός διαθέτει αυτόματο σύστημα αναγνώρισης RFID μιας χρήσης και είναι συμβατός με μηχανήμα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
18	Ενιαίος βρόγχος δημιουργίας πτυχών έναρξης μεμβρανών (handpiece+tip) 25 gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στείλεού σε 360°. Ο βρόγχος αποτελείται από στείλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία ενώ το υλικό του βρόγχου είναι νικελίου τιτανίου με ρυθμιζόμενο μήκος βρόγχου από 0 έως

	3.3mm και γωνία επαφής 30°. Ο βρόγχος είναι αναδιπλούμενος με μεταβλητό μήκος ώστε να προσφέρει ρυθμιζόμενη ακαμψία στον βρόγχο. Επιπλέον να είναι συμβατό με συστήματα εισαγωγής τροκάρ με βαλβίδα και χωρίς. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων
19	Κάνουλα αναρρόφησης μιας χρήσης (soft tip cannula) με άκρο σιλικόνης 2.0mm που συνδέεται σε μηχανήμα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 10 τεμαχίων
20	Πνευματικός στείλεός μια χρήσης για την σύνδεση διαφόρων άκρων (tips) λαβίδων, ψαλιδιών κλπ. Ο στείλεός να είναι συμβατός με μηχανήμα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός
21	Πακέτο συνδυασμένης επέμβασης 27 gauge (φακοθρυψίας και οπίσθιας υαλοειδεκτομής) συμβατό με μηχανήμα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο με λοξότμητο άκρο και δυνατότητα υαλοειδεκτομής 10.000 κοπών/λεπτό, τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση και επίχυση, ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
22	Πακέτο συνδυασμένης επέμβασης 27 gauge (φακοθρυψίας και οπίσθιας υαλοειδεκτομής) συμβατό με μηχανήμα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. . Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο με δυνατότητα υαλοειδεκτομής 7.500 κοπών/λεπτό, τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση και επίχυση, ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
23	Στείλεός endolaser 27gauge μιας χρήσης ο οποίος διαθέτει σύστημα αναγνώρισης RFID, ενσωματωμένο ενδοφωτισμό, λαβή με πλήκτρο ολίσθησης ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή ρύθμιση της άρθρωσης της κάνουλας, κάνουλα με συνεχή ρυθμιζόμενη άρθρωση ώστε να επιτυγχάνει ευρύτερη πρόσβαση στην περιφέρεια από ότι με τους συμβατικούς στείλεούς laser και να επιτρέπει την μη υποβοηθούμενη σκληρική πίεση από τον χειρουργό. Ο στείλεός να είναι συμβατός με μηχανήμα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
24	Στείλεός ενεργητικής - παθητικής αναρροφήσεως 27 gauge με άκρο σιλικόνης

	2.0mm που συνδέεται σε μηχανήμα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός
25	Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) ILM 27gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Οι εξωτερικές επιφάνειες των άκρων της λαβίδας να είναι επεξεργασμένες με laser δημιουργώντας μικρές εκτομές ώστε να επιτυγχάνεται η μη τραυματική έναρξη της διαδικασίας αφαίρεσης της μεμβράνης καθώς και καλύτερο κράτημα των μεμβρανών για την αφαίρεση τους. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων
26	Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) ILM 27gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Το συνολικό μήκος του tip να είναι 27mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 2.0mm και να προσφέρει δύναμη κρατήματος περί τα 12g . Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων
27	Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) τύπου End grasping 27 gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία, εργονομία και βελτιώνει την απεικόνιση κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης των μεμβρανών. Το συνολικό μήκος του tip να είναι 26mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 2.1mm και να προσφέρει δύναμη κρατήματος περί τα 12g. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων
28	Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) τύπου MAXGRIP 27 gauge με μικρο-ανάγλυφη επιφάνεια και ελαφρά στρογγυλεμένο άκρο για ασφαλές πιάσιμο βαριών ή προσκολλημένων μεμβρανών, 27 gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Το συνολικό μήκος του tip να είναι 26mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 1.8mm και να προσφέρει δύναμη κρατήματος περί τα 40g. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων
29	Στειλός ενδοδιαθερμίας 27 gauge μια χρήσης κατάλληλος για το πρόσθιο και οπίσθιο τμήμα του οφθαλμού ο οποίος διαθέτει απώτερο tip 30° και μαλακή λαβή αφής με συνολικό μήκος 89mm ενώ το μήκος του tip είναι 30mm. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός
30	Ενιαίο ευθύ ψαλίδι (handpiece+tip), 27 gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, το οποίο αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Το ψαλίδι διαθέτει λεπτές ευθείες λεπίδες ενώ το συνολικό μήκος του tip να είναι 27mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 2.1mm και να προσφέρει μήκος κοπής περί του 0.8mm. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων και να είναι συμβατό με τροκάρ με βαλβίδα.
31	Ενιαίος βρόγχος δημιουργίας πτυχών έναρξης μεμβρανών (handpiece+tip) 27

	gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°. Ο βρόγχος αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία ενώ το υλικό του βρόγχου είναι νικελίου τιτανίου με ρυθμιζόμενο μήκος βρόγχου από 0 έως 3.3mm και γωνία επαφής 30°. Ο βρόγχος είναι αναδιπλούμενος με μεταβλητό μήκος ώστε να προσφέρει ρυθμιζόμενη ακαμψία στον βρόγχο. Επιπλέον να είναι συμβατό με συστήματα εισαγωγής τροκάρ με βαλβίδα και χωρίς. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων
32	Κάνουλα αναρρόφησης μιας χρήσης (soft tip cannula) με άκρο σιλικόνης 0.8mm που συνδέεται σε μηχανήμα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 10 τεμαχίων
33	ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 1 ΤΕΜ. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140X127 ΕΚ. ΜΕ ΣΑΚΟ ΤΡΙΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΡΟΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 500ML ΚΑΙ ΑΓΩΓΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΜΗΜΑ 9X11,5 ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 1 ΠΑΚΕΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΠΟΓΓΙΔΙΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΑΒΗ (ΠΑΚΕΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ) 5 ΤΕΜ. ΓΑΖΕΣ 8 ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΩΝ 5X5 2 ΤΕΜ. ΜΠΛΟΥΖΕΣ XL ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 1 ΤΕΜ. ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 25G 1 ΤΕΜ. ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 27G 1 ΤΕΜ. ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 30G 1 ΤΕΜ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ 2,5 ΜΕ ΑΝΩ ΚΟΠΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΓΩΝΙΩΣΗ 55 ΜΟΙΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (GUARDED) 1 ΤΕΜ. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΕΞΩ ΜΕ ΓΑΖΑ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΞΕΦΤΙΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΟΒΑΛ 1 ΤΕΜ. ΣΥΡΙΓΓΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ LUER LOCK 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΦΕ (ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ), ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ, ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΡΕΒΕΡ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ. 1 ΤΕΜ. ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΑΛΑΤΟΥΧΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (BSS) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 25ML. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

34	ΚΑΣΕΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΤΟΜΗΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 ΚΗΖ. ΜΕ ΚΟΥΤΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300 ML ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΔΥΟ STANDARD SLEEVE ΕΓΧΥΣΗΣ, ΚΛΕΙΔΙ ΒΕΛΟΝΑΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (ΤΙΡ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΟ ΔΟΚΙΜΩΝ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
35	ΣΤΥΛΕΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ, 23G, ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)., ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
36	ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΣΣΕΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΚΑΙ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ), 23G, ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300 ML ΚΑΙ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΟ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑΣ ΛΕΠΙΔΑΣ, ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΟΠΗΣ 15.000/ΛΕΠΤΟ. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)., ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
37	ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΣΣΕΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΚΑΙ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ), 25G, ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300 ML ΚΑΙ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΟ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑΣ ΛΕΠΙΔΑΣ, ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΟΠΗΣ 15.000/ΛΕΠΤΟ. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)., ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

38	ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΣΣΕΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΚΑΙ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ), 27G, ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300 ML ΚΑΙ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΟ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑΣ ΛΕΠΙΔΑΣ, ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΟΠΗΣ 15.000/ΛΕΠΤΟ. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)., ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
39	ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΣΣΕΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΚΑΙ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ), 23G, ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300 ML ΚΑΙ ΥΑΛΟΕΙΔΟΤΟΜΟ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)., ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
40	ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΣΣΕΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΚΑΙ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ), 25G, ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300 ML ΚΑΙ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΟ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
41	ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΣΣΕΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΚΑΙ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ), 27G, ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300 ML ΚΑΙ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΟ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ

	ΧΡΗΣΕΩΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
42	ΒΕΛΟΝΑ ΦΡΑΓΜΟΤΟΜΟΥ 23G, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.
43	ΚΙΤ ΕΝΘΕΣΗΣ - ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΛΑΙΩΝ/ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΛΕΣ 23G ΚΑΙ 25G ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
44	ΕΣΤΙΑΚΟΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 27G, ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
45	ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟ-LASER, 27G, ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑΣ. ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΡΟΧΙΣΚΟΥ, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

46	ΛΑΒΙΔΑ MEMBRANΩΝ 27G
47	ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΪΡΙΔΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ, ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΝΘΕΤΗΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 2.2MM. ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 6.3 MM ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΨΟΥΛΟΡΞΗ, ΜΕ 4 ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΠΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ. ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ
48	ΚΡΥΟΠΥΞΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 15 ΚΥΚΛΩΝ ΚΡΥΟΔΙΟΥ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
49	Πακέτο συνδυασμένης επέμβασης 25 gauge (φακοθρυψίας και οπίσθιας υαλοειδεκτομής) συμβατό με μηχανήμα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. . Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο διπλού αυλού με λοξόμητο άκρο, διπλής πνευματικής καθοδήγησης και δυνατότητα υαλοειδεκτομής 20.000 κοπών/λεπτό, τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση και επίχυση, ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
50	Πακέτο οπίσθιας υαλοειδεκτομής 25 gauge συμβατό με μηχανήμα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. . Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο διπλού αυλού με λοξόμητο άκρο, διπλής πνευματικής καθοδήγησης και δυνατότητα υαλοειδεκτομής 20.000 κοπών/λεπτό, τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση, ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
51	Πακέτο συνδυασμένης επέμβασης 27 gauge (φακοθρυψίας και οπίσθιας υαλοειδεκτομής) συμβατό με μηχανήμα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. . Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο διπλού αυλού με λοξόμητο άκρο, διπλής πνευματικής καθοδήγησης και δυνατότητα υαλοειδεκτομής 20.000 κοπών/λεπτό, τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση και επίχυση, ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
52	Πακέτο οπίσθιας υαλοειδεκτομής 27 gauge συμβατό με μηχανήμα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. . Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο διπλού αυλού με λοξόμητο άκρο, διπλής πνευματικής καθοδήγησης και δυνατότητα υαλοειδεκτομής 20.000 κοπών/λεπτό, τροκάρ,

	κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση, ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
53	Ενδοφωτισμός τύπου Chandelier 25ga διάχυτος με γωνία φωτισμού 106° , αυτόματο σύστημα αναγνώρισης RFID και τροκάρ ένθεσης, χωρίς τη χρήση αντάπτορα, μιας χρήσης, συμβατό με μηχανήμα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 12 τεμαχίων. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
54	Αποστειρωμένη κάνουλα μ.χ. 25GA/38GA με μαλακό άκρο από polyimide. Διαστάσεων 25GA x 28 χιλ. με άκρο 38GA x 5 χιλ
55	Αποστειρωμένη κάνουλα αμφιβληστροειδούς 25G. Luer Lock, με αμβλύ άκρο και λεπτά τοιχώματα, διαστάσεων 0.5mm x 36mm. Να μην περιέχει λάτεξ.
56	Αποστειρωμένη κάνουλα αμφιβληστροειδούς 27G. Luer Lock, με αμβλύ άκρο και λεπτά τοιχώματα, διαστάσεων 0.4mm x 32mm. Να μην περιέχει λάτεξ.
57	Στυλός μιας χρήσεως για αντιγλαυκωματικές επεμβάσεις. Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης σε οποιοδήποτε μηχανήμα φακοθρυψίας. Στη συσκευασία να εμπεριέχεται μαχαίριδιο 1,8 mm για την αρχική τομή.
58	ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΠΥΛΟΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 2.0% Ιξώδες :4.000-5000 mPas. Οσμωτικότητα:270-400mOsm/kg. pH:6.8-7.5 Ποσότητα 2ml
59	ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΠΥΛΟΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 2.4% Ιξώδες:6.000-8.000mPas. Οσμωτικότητα:270-400mOsm/kg. pH:6.8-7.5 Ποσότητα 2ml
60	Πακέτο οπίσθιας υαλοειδεκτομής 25 gauge, το οποίο περιλαμβάνει: • Κασέτα πολλαπλών υποδοχών με σάκο συλλογής υγρών 500cc. Η κασέτα αυτή τοποθετείται σε μηχανήμα οπίσθιας υαλοειδεκτομής . • Σωληνώσεις έγχυσης – αναρρόφησης οι οποίες συνδέονται στην κασέτα. • Αποστειρωμένο πλαστικό πεδίο για την αποστείρωση του τραπεζιδίου του μηχανήματος. • Σετ διαχείρισης ροής του ορού από το μπουκάλι με εξελιγμένο σύστημα διοχέτευσης αέρα υπό πίεση. • Στυλέο οπίσθιας υαλοειδεκτομής διπλής κοπής 25 Gauge μιας χρήσεως ο οποίος παρέχει στον χειρουργό 8000 κοπές το λεπτό.

	• Ενδοφωτισμό οπτικής ίνας 25 Gauge με καλώδιο και κάλυμμα σκληρικής πίεσης. • Σετ trocar 25 gauge αποτελούμενο από τρία trocar μαχαιράκια και τρεις trocar κάνουλες με αποσπώμενη βαλβίδα τοποθετημένη στην κάθε κάνουλα. • Σωλήνωση εξώθησης η οποία συνδέεται με την κασέτα. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
61	Πακέτο οπίσθιας υαλοειδεκτομής 27gauge, το οποίο περιλαμβάνει: • Κασέτα πολλαπλών υποδοχών με σάκο συλλογής υγρών 500cc. Η κασέτα αυτή τοποθετείται σε μηχανήμα οπίσθιας υαλοειδεκτομής . • Σωληνώσεις έγχυσης – αναρρόφησης οι οποίες συνδέονται στην κασέτα. • Αποστειρωμένο πλαστικό πεδίο για την αποστείρωση του τραπεζιδίου του μηχανήματος. • Σετ διαχείρισης ροής του ορού από το μπουκάλι με εξελεγμένο σύστημα διοχέτευσης αέρα υπό πίεση. • Στυλεό οπίσθιας υαλοειδεκτομής διπλής κοπής 27 Gauge μιας χρήσεως ο οποίος παρέχει στον χειρουργό 8000 κοπές το λεπτό. • Ενδοφωτισμό οπτικής ίνας 27 Gauge με καλώδιο και κάλυμμα σκληρικής πίεσης. • Σετ trocar 27 gauge αποτελούμενο από τρία trocar μαχαιράκια και τρεις trocar κάνουλες με αποσπώμενη βαλβίδα τοποθετημένη στην κάθε κάνουλα. • Σωλήνωση εξώθησης η οποία συνδέεται με την κασέτα. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
62	Πακέτο οπίσθιας υαλοειδεκτομής 23gauge, το οποίο περιλαμβάνει : • Κασέτα πολλαπλών υποδοχών με σάκο συλλογής υγρών 500cc. Η κασέτα αυτή τοποθετείται σε μηχανήμα οπίσθιας υαλοειδεκτομής . • Σωληνώσεις έγχυσης – αναρρόφησης οι οποίες συνδέονται στην κασέτα. • Αποστειρωμένο πλαστικό πεδίο για την αποστείρωση του τραπεζιδίου του μηχανήματος. • Σετ διαχείρισης ροής του ορού από το μπουκάλι με εξελεγμένο σύστημα διοχέτευσης αέρα υπό πίεση. • Στυλεό οπίσθιας υαλοειδεκτομής διπλής κοπής 23 Gauge μιας χρήσεως ο οποίος παρέχει στον χειρουργό 8000 κοπές το λεπτό. • Ενδοφωτισμό οπτικής ίνας 23 Gauge με καλώδιο και κάλυμμα σκληρικής πίεσης. • Σετ trocar 23 gauge αποτελούμενο από τρία trocar μαχαιράκια και τρεις trocar κάνουλες με αποσπώμενη βαλβίδα τοποθετημένη στην κάθε κάνουλα. • Σωλήνωση εξώθησης η οποία συνδέεται με την κασέτα. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
63	Αναλώσιμο σετ σωληνώσεων με σύριγγα για εισαγωγή ή αφαίρεση σιλικόνης,

	συμβατό με μηχάνημα υαλοειδεκτομής. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
64	Μαχαιρίδιο υπερήχων περιορισμένων αποστειρώσεων fragmentation (tip) 23ga που να τοποθετείται στον αντίστοιχο συμβατό fragmentation στυλεό. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
65	Καλώδιο ενδοδιαθερμίας πολλαπλών χρήσεων συμβατό με το μηχάνημα υαλοειδεκτομής. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
66	Ενδοδιαθερμία 25ga ευθεία, πολλαπλών χρήσεων συμβατή με το καλώδιο διαθερμίας του μηχανήματος υαλοειδεκτομής. . Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
67	Ενδοδιαθερμία 27ga ευθεία, πολλαπλών χρήσεων συμβατή με το καλώδιο διαθερμίας του μηχανήματος υαλοειδεκτομής. . Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
68	Ειδικό εργαλείο μιας χρήσεως 25 Gauge με λειτουργία backflush για παθητική ή ενεργητική αναρρόφηση με ανασυρόμενο άκρο soft tip σιλικόνης για αναρρόφηση υπαμφιβληστροειδικού υγρού συμβατό με τις σωληνώσεις της αναρρόφησης. . Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
69	Στυλεός ενδολείζερ μιας χρήσεως κυρτός με σταδιακή κλίση 25ga συμβατό με laser του μηχανήματος. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
70	Ενδοφωτισμός τύπου chandelier 27ga μιας χρήσεως για επεμβάσεις βιτρεκτομής συμβατός με το μηχάνημα. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
71	Στυλεός ενδολείζερ μιας χρήσεως μεταβλητού μήκους 25ga συμβατό με laser του μηχανήματος. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
72	Στυλεός ενδολείζερ μιας χρήσεως κυρτός με σταδιακή κλίση 27ga συμβατό με laser του μηχανήματος. . Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
73	Κασέτα φακοθρυψίας μιας χρήσεως Να λειτουργεί με αντλία τύπου ροής(flow mode), και να καταλήγει σε δοχείο περισυλλογής των υγρών 2000 ml). Η κασέτα θα πρέπει να φέρει ειδικό σύστημα για τον πλήρη έλεγχο της έγχυσης στα διάφορα στάδια της φακοθρυψίας ώστε να διατηρούνται σταθερή πίεση και σταθερές συνθήκες στον πρόσθιο θάλαμο για αποφυγή του surge. Να έχει τη δυνατότητα συστήματος ελέγχου της ενδοφθάλμιας πίεσης μέσω πεπιεσμένου αέρα στην επέμβαση του καταρράκτη που αυξομειώνει τις τιμές έγχυσης ανάλογα με τις τιμές αναρρόφησης. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός

74	Μαχαιρίδια φακοθρυψίας (tip υπερήχων) 2.4 χιλ . Να είναι επαναχρησιμοποιούμενα περιορισμένων χρήσεων: Να είναι κεκαμμένα κατάλληλα για μικρή τομή. Θα πρέπει να προσαρμόζονται συμβατά στους προσφερόμενους στυλεούς υπερήχων που θα συνοδεύουν το μηχάνημα φακοθρυψίας. Να προσαρμόζονται στους ειδικούς στυλεούς του παρεχόμενου μηχανήματος. και η δυνατότητα κοπής να γίνεται με τους κλασσικούς υπερήχους σε ευθεία δέσμη. Δοκιμαστικό θάλαμο. Ειδικό κλειδί πολλαπλών χρήσεων για την προσαρμογή και αποπροσαρμογή των μαχαιριδίων. φακοθρυψίας στον στυλεό της φακοθρυψίας. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός
75	Μαχαιρίδια φακοθρυψίας (tip υπερήχων) 2.4 χιλ . Να είναι επαναχρησιμοποιούμενα περιορισμένων χρήσεων: Να είναι ευθεία κατάλληλα για μικρή τομή. Θα πρέπει να προσαρμόζονται συμβατά στους προσφερόμενους στυλεούς υπερήχων που θα συνοδεύουν το μηχάνημα φακοθρυψίας. Να προσαρμόζονται στους ειδικούς στυλεούς του παρεχόμενου μηχανήματος. και η δυνατότητα κοπής να γίνεται με τους κλασσικούς υπερήχους σε ευθεία δέσμη. Δοκιμαστικό θάλαμο. Ειδικό κλειδί πολλαπλών χρήσεων για την προσαρμογή και αποπροσαρμογή των μαχαιριδίων φακοθρυψίας στον στυλεό της φακοθρυψίας. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός
76	Καλύμματα έγχυσης (sleeve) 2.4 χιλ. Να είναι κατάλληλα για τα ανωτέρω μαχαιρίδια υπερήχων, ενώ θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφόρων μεγεθών ανάλογα με το μέγεθος της βασικής τομής (τις προτιμήσεις των χειρουργών)
77	Αποστειρωμένο κάλυμμα για το τραπεζίδιο του μηχανήματος της φακοθρυψίας μιας χρήσης.
78	Νέας τεχνολογίας στυλεοί υαλοειδεκτομής προσθίου ημιμορίου, μιας χρήσης, τύπου γκιλοτίνας. Το ακροφύσιο της έγχυσης να είναι αποσπώμενο ή ανεξάρτητο, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανεξάρτητης έγχυσης. Το μέγεθος του στυλεού να είναι ίσο ή μικρότερο των 23 G και ο αριθμός κοπών >4000 κοπές /sec. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός
79	Καλώδιο Διαθερμίας πολλαπλών χρήσεων που να προσαρμόζεται στο προσφερόμενο μηχάνημα Φακοθρυψίας. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός

80	Σωληνώσεις πλύσης και αναρρόφησης μιας χρήσεως συμβατές με cartridge(κασέτα) μηχανήματος συνοδού εξοπλισμού. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
81	Στυλεός πλύσης – αναρρόφησης μιας χρήσης 45° κυρτός polished συμβατός με σωληνώσεις μηχανήματος φακοθρυψίας. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.
82	Silicone Oil, 1.000-S cSts syringe 10ml Υγρή σιλικόνη 1000 cSts σε προ γεμισμένη σύριγγα 10 ml. Έλαιο σιλικόνης τύπου 1000 σε σύριγγα 10 ml. Με ιξώδες 1000 cSts, με ειδική βαρύτητα 0,97 g/cm³ στους 25 °, επιφανειακή τάση 21 mN/m και ενδοεπιφανειακή τάση 40MN/m. (Έλαιο σιλικόνης βαρύτερο του ύδατος επιτρέπει τον αποτελεσματικό επιπωματισμό του αμφιβληστροειδούς. Παραμένει στο οπίσθιο ημιμόριο μετά την υαλοειδέκτομή και για όσο διάστημα κρίνει ο χειρουργός)
83	Silicone Oil, 2.000-S cSts syringe 10ml Υγρή σιλικόνη 2000 cSts σε προ γεμισμένη σύριγγα 10 ml Έλαιο σιλικόνης τύπου 2000 σε σύριγγα 10 ml. Με ιξώδες 2000 cSts, με ειδική βαρύτητα 0,97 g/cm³ στους 25 °, επιφανειακή τάση 21 mN/m και ενδοεπιφανειακή τάση 40MN/m. (Έλαιο σιλικόνης βαρύτερο του ύδατος επιτρέπει τον αποτελεσματικό επιπωματισμό του αμφιβληστροειδούς. Με υψηλότερη πυκνότητα από το έλαιο σιλικόνης τύπου 1000. Παραμένει στο οπίσθιο ημιμόριο μετά την υαλοειδέκτομή και για όσο διάστημα κρίνει ο χειρουργός)
84	Silicone Oil, 5.000-S cSts syringe 10ml Υγρή σιλικόνη 5000 cSts σε προ γεμισμένη σύριγγα 10 ml Έλαιο σιλικόνης τύπου 5000 σε σύριγγα 10 ml. Με ιξώδες 5000 cSts, με ειδική βαρύτητα 0,97 g/cm³ στους 25 °, επιφανειακή τάση 21 mN/m και ενδοεπιφανειακή τάση 40MN/m. (Έλαιο σιλικόνης βαρύτερο του ύδατος επιτρέπει τον αποτελεσματικό επιπωματισμό του αμφιβληστροειδούς. Με μεγαλύτερο ιξώδες(μέτρο της αντίστασης στη ροή ενός ρευστού) από το έλαιο σιλικόνης τύπου 1300 ανάλογα με την κρίση του χειρουργού . Παραμένει στο οπίσθιο ημιμόριο μετά την υαλοειδέκτομή και για όσο διάστημα κρίνει ο χειρουργός).
85	Membrane Blue Dual Χρωστική χρώματος κυανού υψηλής καθαρότητας 0,5 ml, ειδική για τη χρώση της έσω αφοριστικής μεμβράνης και επιαμφιβληστροειδικής μεμβράνης, σε προ γεμισμένη σύριγγα που αποτελείται από Brilliant Blue G : 0,125 mg και Trypan Blue : 0,75 mg περιεκτικότητας 1.75 G/l, ωσμωμοριακότητα 301-369 mOsm/Kg, pH 7.3-7.6, PEG: 4%, Density 1,01 kg/l

86	ILM – BLUE Χρωστική χρώματος κυανού υψηλής καθαρότητας 0,5 ml , ειδική για τη χρώση της έσω αφοριστικής μεμβράνης, σε προ γεμισμένη σύριγγα που αποτελείται από Brilliant Blue G : 0,125 mg περιεκτικότητας 0.25 g/l, ωσμωμοριακότητα 301-369 mOsm/Kg, pH 7.3-7.6, PEG: 4%, Density 1,01 kg/l
87	OCTANE, vial 5ml Βαρύ υγρό PERFLUOROCTAN (OCTALINE) 5ml Διάλυμα υγρής οκταλίνης σε φιαλίδιο των 5ml. Με ιξώδες 1,4 mPas στους 25°C βαθμούς Κελσίου , δείκτη διάθλασης 1.27 στους 20°C βαθμούς Κελσίου, σημείο βρασμού από 101,3-106°C βαθμούς Κελσίου και ειδική βαρύτητα 1,77g/cm³ στους 20°C βαθμούς Κελσίου (Η πυκνότητα της οκταλίνης σταθεροποιεί τέλεια τον αμφιβληστροειδή μετά την υαλοειδεκτομή και εκτομή των επιωχρικών μεμβρανών)
88	OCTANE, prefilled syringe 5ml Βαρύ υγρό PERFLUOROCTAN (OCTALINE) 5ml Διάλυμα υγρής οκταλίνης σε προ γεμισμένη σύριγγα των 5ml. Με ιξώδες 1,4 mPas στους 25°C βαθμούς Κελσίου , δείκτη διάθλασης 1.27 στους 20°C βαθμούς Κελσίου, σημείο βρασμού από 101,3-106°C βαθμούς Κελσίου και ειδική βαρύτητα 1,77g/cm³ στους 20°C βαθμούς Κελσίου (Η πυκνότητα της οκταλίνης σταθεροποιεί τέλεια τον αμφιβληστροειδή μετά την υαλοειδεκτομή και εκτομή των επιωχρικών μεμβρανών)
89	OCTANE, vial 7ml Βαρύ υγρό PERFLUOROCTAN (OCTALINE) 7ml Διάλυμα υγρής οκταλίνης σε φιαλίδιο των 7ml. Με ιξώδες 1,4 mPas στους 25°C βαθμούς Κελσίου , δείκτη διάθλασης 1.27 στους 20°C βαθμούς Κελσίου, σημείο βρασμού από 101,3-106°C βαθμούς Κελσίου και ειδική βαρύτητα 1,77g/cm³ στους 20°C βαθμούς Κελσίου (Η πυκνότητα της οκταλίνης σταθεροποιεί τέλεια τον αμφιβληστροειδή μετά την υαλοειδεκτομή και εκτομή των επιωχρικών μεμβρανών)
90	OCTANE, prefilled syringe 7ml Βαρύ υγρό PERFLUOROCTAN (OCTALINE) 7ml Διάλυμα υγρής οκταλίνης σε προ γεμισμένη σύριγγα των 7ml. Με ιξώδες 1,4 mPas στους 25°C βαθμούς Κελσίου , δείκτη διάθλασης 1.27 στους 20°C βαθμούς Κελσίου, σημείο βρασμού από 101,3-106°C βαθμούς Κελσίου και ειδική βαρύτητα 1,77g/cm³ στους 20°C βαθμούς Κελσίου (Η πυκνότητα της οκταλίνης σταθεροποιεί τέλεια τον αμφιβληστροειδή μετά την υαλοειδεκτομή και εκτομή των επιωχρικών μεμβρανών)
91	<u>Decalin vial 5ml</u> Βαρύ υγρό PERFLUORODECALINE FLURINATE 5ml Διάλυμα υγρής Δεκαλίνης σε φιαλίδιο των 5ml. Με ιξώδες 5,53 mPas στους 25°C βαθμούς Κελσίου, δείκτη διάθλασης 1.31

	στους 20°C βαθμούς Κελσίου, σημείο βρασμού από 140,4- 142,4°C βαθμούς Κελσίου και ειδική βαρύτητα 1,93 g/cm³ στους 20°C βαθμούς Κελσίου (Η πυκνότητα της δεκαλίνης σταθεροποιεί τέλεια τον αμφιβληστροειδή μετά την υαλοειδεκτομή και εκτομή των επιωχρικών μεμβρανών. Με μεγαλύτερο ιξώδες (μέτρο της αντίστασης στη ροή ενός ρευστού) και δείκτη διάθλασης απο το διάλυμα υγρής οκταλίνης)
92	<u>Decalin prefilled syringe 5ml</u> Βαρύ υγρό PERFLUORODECALINE FLURINATE 5ml Διάλυμα υγρής Δεκαλίνης σε προ γεμισμένη σύριγγα των 5ml. Με ιξώδες 5,53 mPas στους 25°C βαθμούς Κελσίου, δείκτη διάθλασης 1.31 στους 20°C βαθμούς Κελσίου, σημείο βρασμού από 140,4- 142,4°C βαθμούς Κελσίου και ειδική βαρύτητα 1,93 g/cm³ στους 20°C βαθμούς Κελσίου (Η πυκνότητα της δεκαλίνης σταθεροποιεί τέλεια τον αμφιβληστροειδή μετά την υαλοειδεκτομή και εκτομή των επιωχρικών μεμβρανών. Με μεγαλύτερο ιξώδες (μέτρο της αντίστασης στη ροή ενός ρευστού) και δείκτη διάθλασης απο το διάλυμα υγρής οκταλίνης)
93	Decalin vial 7ml Βαρύ υγρό PERFLUORODECALINE 7ml Διάλυμα υγρής Δεκαλίνης σε φιαλίδιο των 7ml. Με ιξώδες 5,53 mPas στους 25°C βαθμούς Κελσίου, δείκτη διάθλασης 1.31 στους 20°C βαθμούς Κελσίου, σημείο βρασμού από 140,4- 142,4°C βαθμούς Κελσίου και ειδική βαρύτητα 1,93 g/cm³ στους 20°C βαθμούς Κελσίου (Η πυκνότητα της δεκαλίνης σταθεροποιεί τέλεια τον αμφιβληστροειδή μετά την υαλοειδεκτομή και εκτομή των επιωχρικών μεμβρανών. Με μεγαλύτερο ιξώδες (μέτρο της αντίστασης στη ροή ενός ρευστού) και δείκτη διάθλασης απο το διάλυμα υγρής οκταλίνης)
94	Decalin prefilled syringe 7ml Βαρύ υγρό PERFLUORODECALINE FLURINATE 5ml Διάλυμα υγρής Δεκαλίνης σε προ γεμισμένη σύριγγα των 7ml. Με ιξώδες 5,53 mPas στους 25°C βαθμούς Κελσίου, δείκτη διάθλασης 1.31 στους 20°C βαθμούς Κελσίου, σημείο βρασμού από 140,4- 142,4°C βαθμούς Κελσίου και ειδική βαρύτητα 1,93 g/cm³ στους 20°C βαθμούς Κελσίου (Η πυκνότητα της δεκαλίνης σταθεροποιεί τέλεια τον αμφιβληστροειδή μετά την υαλοειδεκτομή και εκτομή των επιωχρικών μεμβρανών. Με μεγαλύτερο ιξώδες (μέτρο της αντίστασης στη ροή ενός ρευστού) και δείκτη διάθλασης απο το διάλυμα υγρής οκταλίνης)
95	ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 2,25ml ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΠΛΕ ΤΟΥ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ: 0.6mg ΟΡΘΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΟ-ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΝΑΤΡΙΟΥ (Na₂HPO₄·12H₂O) : 3.1mg ΟΡΘΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΔΙ-ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΝΑΤΡΙΟΥ (NaH₂PO₄·2H₂O) : 0.3mg ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ ΚΑΙ ΕΝΕΣΙΜΟ ΝΕΡΟ : 8.2mg

	pH: 7,3-7,6 ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ FDA ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΘΙΟ ΘΑΛΑΜΟ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ.
--	---