

Τεχνικές προδιαγραφές είδους ακτινοσκιερή γάζα 5X5cm

- Να είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβάκι, λευκασμένη χωρίς χλώριο
- Να διαθέτει 17 κλωστές ανά τετραγωνικό εκατοστό
- Να είναι 16 διπλώσεων
- Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή EN 14079
- Να έχει διπλωμένες άκρες, που δεν ξεφτίζουν, ακόμα και αν χρειαστεί η γάζα να ξεδιπλωθεί αρκετές φορές
- Να διαθέτει σκιαστική ίνα από πολυπροπυλένιο με περιεκτικότητα 60% σε θειικό βάριο BaSO₄, υφασμένη ανάμεσα στις κλωστές για να είναι σταθερή
- Να διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία των 100 τεμ.
- Να διαθέτει σήμανση CE, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων
- Να έχει διαστάσεις 5X5 και να είναι μη αποστειρωμένη
- Να διατεθεί δείγμα ακέραιη συσκευασία προς χρήση και αξιολόγηση

Τεχνικές προδιαγραφές είδους γάζα ταμπόν ακτινοσκιερή 90X8cm

- Να πληροί το πρότυπο EN 14079
- Να είναι μιας χρήσης, βαμβακερή 100%
- Να είναι προπλυμένη για μεγαλύτερη απορροφητικότητα
- Να είναι 4 διπλώσεων (4ply)
- Να έχει διαστάσεις 90X8 εκ
- Να είναι ραμμένη περιμετρικά και χιαστί
- Να είναι ανθεκτική και να μην ξεφτίζει
- Να είναι 20 κλωστών/cm²
- Να φέρει ακτινοσκιερό στοιχείο διαστάσεων 1cmX10cm, ραμμένο μέσα στην γάζα στην προέκταση του βρόγχου
- Το ακτινοσκιερό στοιχείο να έχει περιεκτικότητα 60% σε θειικό βάριο, για να είναι διακριτό ακόμα και με ελάχιστη δόση ακτινοβολίας
- Να διαθέτει μάζα $\geq 27\text{gr/m}^2$
- Να διαθέτει πυκνότητα νήματος: Στημόνι 120/10 εκ ± 6
- Υφάδι 80/10 εκ ± 5
- Να φέρει μακρύ βρόχο από 100% βαμβάκι
- Να δύναται να αποστειρωθεί με κάθε τρόπο
- Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EOK περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων
- Να έχει υποβληθεί σε αξιολόγηση συμμόρφωσης, η οποία να καταδεικνύει ότι ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/EOK περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων
- Να έχει ταξινομηθεί ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης IIa

- Να είναι διπλωμένη και πιασμένη ανά 5 τεμάχια σε χάρτινο τσέρκι για εύκολη και γρήγορη καταμέτρηση και να βρίσκεται μέσα σε σακούλα νάυλον και εντός σφραγισμένου κιβωτίου για ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση
- Να κατατεθούν 5 δείγματα