

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΦΕ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ

Λόγω της ιδιαιτερότητας της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (νεογέννητα, πρόωρα με ιδιαίτερο ευαίσθητο δέρμα) η αυτοκόλλητη ταινία πρέπει να είναι κατάλληλη, άριστης ποιότητας, και να έχει τις απαιτούμενες προδιαγραφές για τα νεογνά.

Να είναι κατασκευασμένη από υφασμάτινο πορώδες υποαλλεργικό υλικό, ώστε να μην προκαλεί δερματικούς ερεθισμούς τον ιδιαίτερο ευαίσθητο δέρμα των νεογνών.

Θα πρέπει να έχει ισχυρή ικανότητα επικόλλησης στο δέρμα και στην γάζα. Να στερεώνει σταθερά στους καθετήρες των περιφερικών φλεβών (στο κεφαλάκι) και τους καθετήρες σίτισης (ρινογαστρικούς και νησιδικούς), οι οποίοι, λόγω εφίδρωσης και σιελόρροιας αντίστοιχα, συχνότατα ξεκολλούν και αφαιρούνται από μόνοι τους (αν έχει χρησιμοποιηθεί άλλη κολλητική ταινία).

Συνοπτικά οι προδιαγραφές ταινίας leucoplast είναι:

- Από υφασμάτινο πορώδες υλικό
- Με ισχυρή κολλητική ικανότητα- Να μην ξεκολλάει εύκολα
- Υψηλή ελαστικότητα και αντοχή
- Να επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει
- Να είναι υποαλλεργική
- Να διατίθεται σε πλαστικό κύλινδρο με κάλυμμα για προστασία των ταινιών
- Να διατίθενται σε ρολό μήκους 4,6-5,00 μέτρα και πλάτος 2,5-5 cm
- Να είναι ταξινομημένες ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα
- Να διαθέτουν CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
- Να διαθέτουν ημερομηνία λήξης 5 έτη.