

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: 3^ο χλμ Εθν. Οδού Ηρακλείου - Μοιρών
Τ.Κ 71500, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Πληροφορίες: Πλατάκης Μιχάλης, Κυπριωτάκη Έφη
Τηλ: 2813404441 Fax: 2810331570
Email: supplies@hc-crete.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Σημαντική ανακοίνωση αναφορικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ. πρωτ. 6234/7-2-2020 Διακήρυξης ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ CPV 33141200-2, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ CPV 33141626-4, ΣΥΡΙΓΓΕΣ CPV 33141310-6, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ CPV 33141320-9) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας ευθύνης της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης

Σχέτ. 1. Η με αρ. πρωτ. 6234/7-2-2020 Διακήρυξη

Σας ενημερώνουμε ότι στο Παράρτημα ΣΤ' των Τεχνικών Προδιαγραφών της με αρ. πρωτ. 6234/7-2-2020 Διακήρυξης για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ CPV 33141200-2, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ CPV 33141626-4, ΣΥΡΙΓΓΕΣ CPV 33141310-6, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ CPV 33141320-9) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας ευθύνης της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 27.785,96€ συμ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1311 των Κέντρων Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, η Περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών με α/α (29) και (30), διαμορφώνονται ως ακολούθως:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
29	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ 21 G X 3/4 X 12" (ΠΡΑΣΙΝΟ) ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	TEM.	1. Να είναι αποστειρωμένες, μιας χρήσεως, σε μοναδιαία συσκευασία, με διαφανές υλικό ώστε να διακρίνεται το χρώμα της πεταλούδας. 2. Να φέρουν βελόνα φλεβοκέντησης ατραυματική, άριστης ποιότητας, με πλαστικό κάλυμμα, εύκολα αποσπώμενο. 3. Από το χρώμα των πλαστικών πτερυγίων (πεταλούδα) να διακρίνεται η διάμετρος της βελόνας (π.χ. πράσινο για 21G). 4. Το σωληνάκι προέκτασης να έχει μήκος από 18cm. 5. Να φέρουν σύστημα ασφαλούς εγκόλπωσης της βελόνας μετά την αιμοληψία με τρόπο εύκολο, γρήγορο και εργονομικό. 6. Στη συσκευασία να αναγράφονται: 7.1. Διάμετρος βελόνας 7.2. LOT παραγωγής 7.3. CE 7.4. REF 7.5. Ημερομηνία λήξης 7.6. Ένδειξη αποστείρωσης 7. Να φέρουν ISO και ένδειξη CE
30	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ 23 G X 3/4 X 12" (ΜΠΛΕ) ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	TEM.	1. Να είναι αποστειρωμένες, μιας χρήσεως, σε μοναδιαία συσκευασία, με διαφανές υλικό ώστε να διακρίνεται το χρώμα της πεταλούδας. 2. Να φέρουν βελόνα φλεβοκέντησης ατραυματική, άριστης ποιότητας, με πλαστικό κάλυμμα, εύκολα αποσπώμενο. 3. Από το χρώμα των πλαστικών πτερυγίων (πεταλούδα) να διακρίνεται η διάμετρος της βελόνας (π.χ. πράσινο για 21G). 4. Το σωληνάκι προέκτασης να έχει μήκος από 18cm.

			5. Να φέρουν σύστημα ασφαλούς εγκόλπωσης της βελόνας μετά την αιμοληψία με τρόπο εύκολο, γρήγορο και εργονομικό. 7. Στη συσκευασία να αναγράφονται: 7.1. Διάμετρος βελόνας 7.2. LOT παραγωγής 7.3. CE 7.4. REF 7.5. Ημερομηνία λήξης 7.6. Ένδειξη αποστείρωσης 8. Να φέρουν ISO και ένδειξη CE
--	--	--	---

Επίσης στο Παράρτημα Α΄ Πίνακας Ειδών της με αριθ. 6234/7-2-2020 Διακήρυξης του εν λόγω Δ/σμού , η περιγραφή του είδους με α/α (29) διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ 21 G X 3/4 X 12" (ΠΡΑΣΙΝΟ) ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ