



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Πληροφορίες: ΞΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Τηλ.: 2813404472

Φαξ: 2813404460

Ταχ. Διεύθυνση: 3^ο ΧΙΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝEmail: supplies@hc-crete.grΔιεύθυνση Διαδικτύου Υπηρεσίας: www.hc-crete.gr

ΑΦΜ: 999161778 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης

Ηράκλειο: 15-11-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 21858

Με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια του είδους «ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ (CPV 38428000-1)» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, της 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.050,00€ συμ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1439 (Φορέας 112) Κέντρων Υγείας της 7^{ης} Υ.ΠΕ. Κρήτης, από το ΠΠΥΥ 2015.

Η 7^η Υ.ΠΕ. Κρήτης έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
 - 1.1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
 - 1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
 - 1.3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
 - 1.4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
 - 1.5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
 - 1.6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
 - 1.7. Του Ν. 4238/2014 περί «Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.).....»
2. Την με αριθ. 4658/15-09-16 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών –Υγείας (ΦΕΚ 2937/Β/15-09-2015) με θέμα : «Έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των εποπτευόμενων φορέων υγείας για το έτος 2015 (πιστώσεις 2016-2017) με χρηματοδότησή του από τον τακτικό προϋπολογισμό, το πρόγραμμα

δημοσίων επενδύσεων και λοιπές πηγές», ως μας εστάλη με το με αρ. πρωτ. 4708/16-09-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

3. Την με ημερομηνία 30/05/2017 εγκεκριμένη αίτηση.
4. Την με αρ. πρωτ: 609/17-05-2017 Απόφαση Δέσμευσης.
5. Τις με αρ. πρωτ: 21705/13-11-2017 τεχνικές προδιαγραφές της Διεύθυνσης Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 7^{ης} Υ.ΠΕ Κρήτης.
6. Την με αριθμό 798/15-11-2017 Απόφαση της Διοικήτριας της 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης.
7. Τις επείγουσες ανάγκες των Κέντρων Υγείας, της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια του είδους «**ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ (CPV 38428000-1)**» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, της 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.050,00€ συμ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1439 (Φορέας 112) Κέντρων Υγείας της 7^{ης} Υ.ΠΕ. Κρήτης, από το ΠΠΥΥ 2015. όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, καθώς και στα Παραρτήματα Α και Β.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 7 ^{ΗΣ} ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ	27-11-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα έως 15:00	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 7 ^{ΗΣ} ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ	28-11-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη ημέρα, δηλαδή μέχρι 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στο γραφείο πρωτοκόλλου της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

(Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν)

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, από τριμελή επιτροπή η οποία έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορεί να παραληφθεί από το Τμήμα Προμηθειών ή από την ιστοσελίδα της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης www.hc-crete.gr.

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά, αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης πρόσκλησης.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ 7^{ΗΣ} ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ Ε. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια του είδους «**ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ (CPV 38428000-1)**», ως ακολούθως:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΠΤΗΤΑ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	« ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ »	ΤΕΜΑΧΙΟ	15	2.050,00

Σας γνωρίζουμε ότι :

- Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας. Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης ποσότητας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα **(180)** ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
- Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει, στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας και όχι για μέρος αυτής.
- Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
- Κρατήσεις: Η προμήθεια του είδους βαρύνεται με τις Νόμιμες κρατήσεις.
- Από την πληρωμή του προμηθευτή θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν.2198/94 φόρος εισοδήματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες, η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς), κατά την κρίση της επιτροπής και σε εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 117 του Ν. 4412/2016.

Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται, επί ποινή αποκλεισμού, πέραν της οικονομοτεχνική προσφοράς:

Υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι:

1. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.
2. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
3. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
5. Παιρείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
7. Εάν το προσφερόμενο είδος υπάγεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας και σε ποιο Κωδικό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**ΜΕΙΩΤΗΡΑ – ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΗΣΗΣ – ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΤΔΕ 34)**

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 15 ΤΜΧ 2050€

1.1 Κανονισμοί – Πρότυπα

- A. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2491/86 Αποθήκευση και διανομή αερίων για ιατρική χρήση.
- B. Κανονισμοί BS, ISO, DIN, NF, κλπ.

1.2 Περιγραφή

Τα ροόμετρα θα είναι κατάλληλα για ιατρική χρήση σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς και Διεθνείς Κανονισμούς.

Θα είναι τύπου φιαλών οξυγόνου, ορειχάλκινες, νικελοχρωμέ ικανότητας χρήσης στο σύνολο του όγκου της φιάλης και θα φέρουν:

- Μειωτήρα οξυγόνου υψηλής πίεσης **300 bar**.
- Ρυθμιστή πίεσης.
- Μανόμετρο ενδείξεων από 0 ως 400bar
- **Περιστρεφόμενο ρυθμιστή ροής ακριβείας 0-15 Lt/min τουλάχιστον επί του σώματος του μειωτήρα.**
- Ένδειξη επιλεγείσας ροής.
- Επιλογέα ροής για ροή οξυγόνου είτε απευθείας σε ακροφύσιο είτε σε υγραντήρα
- Διαφανή φιάλη υγραντήρα οξυγονοθεραπείας.

Οι συνδέσεις, σπειρώματα, στεγανώσεις κλπ. θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Ο υγραντήρας θα μπορεί να αποστειρωθεί στους 121°C. Θα φέρει διάταξη διάχυσης οξυγόνου.

Θα φέρει πιστοποίηση CE ιατρικής χρήσης.

1.3 Ειδικοί όροι

Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2 έτη

Εγγύηση επάρκειας ανταλλακτικών :10 έτη