



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**

7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχυδρομική Δ/ση: 3^ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ

Τ.Κ. 71500, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1285

Πληροφορίες: Παπαδημητρίου Αργυρώ, Πλατάκης Μιχαήλ

Τηλέφωνο: 2813404440, 2813404424

Fax: 2810331570

Email: supplies@hc-crete.gr

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ELENI
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ
Ημερομηνία: 2018.12.21 10:18:57
ΕΕΤ

Αιτία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τόπος: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ηράκλειο: 21/12/2018

Αρ. Πρωτ: 25179

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Σημαντική ανακοίνωση αναφορικά με τις Τεχνικές προδιαγραφές.

Σχετικό: Η με αρ. πρωτ. 22227/15-11-2018 Διακήρυξη (Αρ. Ηλ. Δ/σμου 64638) για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) Ακτινογραφικών Συγκροτημάτων (Ακτινολογικά μηχανήματα CPV 33111000-1), συνολικού προϋπολογισμού 359.999,99€ συμ/νου ΦΠΑ για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Χάρακα, Βιάννου και Μοιρών της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης με ειδική επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας (ειδικός φορέας 260 ΚΑΕ 2316) και σε βάρος του ΚΑΕ 9149 του Προϋπολογισμού των Κέντρων Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Στις τεχνικές προδιαγραφών της υπ αριθμό 22227/15-11-2018 Διακήρυξης (Αρ. Ηλ. Δ/σμου 64638) για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) Ακτινογραφικών Συγκροτημάτων (Ακτινολογικά μηχανήματα CPV 33111000-1), σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής:

1. ανεγράφη στο σημείο της «Γεννήτριας Ακτινών Χ» η φράση «Διαδοχικές λήψεις & αυτόματη συνένωση εικόνων για επιμηκυμένη κάλυψη» αντί του ορθού που είναι «Διαδοχικές λήψεις»
2. ανεγράφη στο σημείο του «Σταθμού λήψης, αποθήκευσης και επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων» η φράση «Λογισμικό επεξεργασίας και προεπισκόπησης της εικόνας» αντί του ορθού που είναι «Λογισμικό επεξεργασίας και προεπισκόπησης της εικόνας & αυτόματη συνένωση εικόνων για επιμηκυμένη κάλυψη»

Ως εκ τούτου:

- στη σελίδα 38 της ως άνω (2) σχετικής Διακήρυξης για την «Γεννήτρια Ακτινών Χ» το σημείο :

Διαδοχικές λήψεις & αυτόματη συνένωση εικόνων για επιμηκυμένη κάλυψη	ΝΑΙ
--	-----

αλλάζει σε:

Διαδοχικές λήψεις	ΝΑΙ
-------------------	-----

- στη σελίδα 41 της ως άνω (2) σχετικής Διακήρυξης για τον «Σταθμό λήψης, αποθήκευσης και επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων» το σημείο :

Λογισμικό επεξεργασίας και προεπισκόπησης της εικόνας	ΝΑΙ. Να περιγραφεί λεπτομερώς.
---	--------------------------------

αλλάζει σε:

Λογισμικό επεξεργασίας και προεπισκόπησης της εικόνας & αυτόματη συνένωση εικόνων για επιμηκυμένη κάλυψη	ΝΑΙ. Να περιγραφεί λεπτομερώς.
--	--------------------------------

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι τα υπό προμήθεια ψηφιακά ακτινολογικά μηχανήματα απαιτείται να εκτελούν ολόσωμες ακτινογραφίες σπονδυλικής στήλης και ολόσωμες ακτινογραφίες κάτω άκρων (FLFS).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπόλοιποι όροι και τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω (2) σχετικής Διακήρυξης.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ 7^{ΗΣ} Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ Ε. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ