



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

A.Δ.Α.ΒΤΝΛ469Η2Ι-ΠΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχυδρομική Δ/ση: Σμύρνης, 26, Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο Κρήτης,

Πληροφορίες: Κυριακάκης Μιχάλης

Τηλέφωνο: 2813-404440

Τηλεο-ομοιοτυπία (fax): 2810300415

Ηλεκτρονική Δ/ση (e-mail): supplies2@hc-crete.gr

Ηράκλειο: 24-10-2014

Αρ. Πρωτ.: 13149

ΠΡΟΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Κοινοποίηση

Δ/ση Πληροφορικής 7^{ης} Υ.Π.Ε. Κρήτης

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για υποβολή έγγραφης Οικονομικής-Τεχνικής προσφοράς για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στο Περιφερειακό Ιατρείο Γαύδου(όπως αναφέρονται αναλυτικά), συνολικής εγκεκριμένης πίστωσης 5.500€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης».

Σχετικά:

1) Η με ημερομηνία 15-10-2014 εγκεκριμένη αίτηση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια

Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Π.Ι. Γαύδου.

Η 7^η Υ.Π.Ε. Κρήτης καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές όπως καταθέσουν στην κεντρική υπηρεσία οδός Σμύρνης 26, 1^{ος} όροφος τμήμα πρωτοκόλλου, μέχρι και την ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11/2014 και ώρα 15:00 μ.μ., Οικονομική – Τεχνική προσφορά (σε σφραγισμένο φάκελο), σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές οι οποίες και επισυνάπτονται με το παρόν έγγραφο μας), για την προμήθεια των ειδών.

Αναλυτικά τα ζητούμενα είδη αναφέρονται παρακάτω :

Α/α	Ε Ι Δ Ο Σ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Προβλεπόμενη Δαπάνη (συμπεριλαμβ/νου Φ.Π.Α.)
1	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ	TEM	1	3200€

	ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΗΚΛ (ως τεχνικές προδιαγραφές)			
2	ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΑΓΡΑΦΟΣ 12 ΑΠΑΓΩΓΩΝ	TEM	1	1500
3	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ	TEM	1	100
4	ΤΕΣΤ ΕΝΖΥΜΟΥ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	TEM	1	150
5	ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ	TEM	1	150
6	ΤΣΑΝΤΕΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΕΙΣ	TEM	1	400
ΣΥΝΟΛΟ				5.500€

Σημειώνονται τα ακόλουθα :

- η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 7^{ης} Υ.ΠΕ. Κρήτης από τη Δ/νση πληροφορικής για όσο διάστημα προβλέπεται η υποβολή των προσφορών
- Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος.
- Οι εταιρίες μπορούν να προσφέρουν είτε το σύνολο των ειδών είτε μεμονωμένα είδη, αλλά πάντα στην ποσότητα που ζητείται.
- Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία της 7^{ης} Υ.ΠΕ. Κρήτης με χρόνο παράδοσης το αργότερο εντός εντός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης).
- Τα ανωτέρω ζητούμενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές ως αυτές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.
- Οι προσφερόμενες από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές τιμές ανά ζητούμενο είδος (ή στο σύνολο ως αναφέρουν οι τεχνικές προδιαγραφές) δεν θα περιλαμβάνουν τον αναλογούν Φ.Π.Α.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 7^{ης} ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΑΥΔΟΥ

1) ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΗΚΓ (1 ΕΩΣ 6 ΚΑΝΑΛΙΑ) ΓΙΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ.

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΑ (1) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.200€

Ο απινιδωτής να είναι τελευταίας γενιάς, πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος, φορητός, ψηφιακής τεχνολογίας με μικροϋπολογιστή, με ενσωματωμένο ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Ο απινιδωτής να έχει φωνητικές και οπτικές οδηγίες απινίδωσης στα Ελληνικά.

Να εκτελεί αυτόματη εξωτερική διφασική απινίδωση αλλά και χειροκίνητη με 5 τουλάχιστον βήματα ενέργειας έως 360 [J].

Να έχει τη δυνατότητα λήψης καρδιογραφήματος έως και 6 απαγωγών.

Να έχει βάρος μικρότερο των 2.5 [kg].

Να συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χειρισμού και service.

Να έχει χρόνο φόρτισης μικρότερο των 6 δευτερόλεπτων στα 200 [J].

Να φέρει οθόνη τουλάχιστον 4’’ όπου να απεικονίζονται όλες οι παράμετροι του ασθενούς.

Να λειτουργεί με μπαταρίες που να παρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία και να πραγματοποιεί τουλάχιστον 150 εκφορτίσεις με τη μπαταρία & 5 ώρες monitoring.

Να διαθέτει κάρτα μνήμης flash για αποθήκευση παραμέτρων ασθενούς.

Να διαθέτει συναγερμό για τον καρδιακό ρυθμό.

Να διαθέτει καταγραφικό φωνής.

Να συμμορφώνεται με τα πρωτόκολλα απινίδωσης AHA, ERC και προστασίας τύπου IP 55.

Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO.

Να κατατεθεί πελατολόγιο των 3 τελευταίων ετών.

2) ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 12 ΑΠΑΓΩΓΩΝ.

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΑ (1) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.500€

Ο ηλεκτροκαρδιογράφος να είναι τρικάναλος, πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος, φορητός, σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας με μικροϋπολογιστή, κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας, να έχει ενσωματωμένο πρόγραμμα διάγνωσης και ανάλυσης των ηλεκτροκαρδιογραφημάτων & με εργονομικό πληκτρολόγιο.

Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220-240[V] & με επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion τάσης 14.4[V] για συνεχή λειτουργία τουλάχιστον 3 ωρών και να έχει ένδειξη της μπαταρίας για δυνατότητα ενημέρωσης του χρήστη σε περίπτωση αποφόρτισης της κατά την λειτουργία.

Να έχει συνολικό βάρος μικρότερο των 3,5 [kg] και η μονάδα να συνοδεύεται από καλώδιο ασθενούς, τροχήλατο τραπεζάκι μεταφοράς & βραχίονα στήριξης των καλωδίων του ασθενούς.

Να καταγράφει και να αναλύει ταυτόχρονα και τις 12 απαγωγές του, σε αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία προσφέροντας πολλαπλές παραμέτρους στο χρήστη.

Να έχει ενσωματωμένη LCD οθόνη πολλαπλών παραμέτρων, ικανή για προβολή των 12 κυματομορφών ταυτόχρονα, των παραμέτρων καταγραφής και των στοιχείων του ασθενή ταυτόχρονα.

Να διαθέτει οπτική & ηχητική ένδειξη στον χρήστη για τυχόν σφάλματα κατά την καταγραφή (πχ. αποκόλληση ή μη καλής επαφής ηλεκτροδίων).

Να διαθέτει προγράμματα μετρήσεων και διάγνωσης για νεογνά, παιδιά και ενήλικες.

Με δυνατότητα επιλογής διαφόρων επιπέδων ταχύτητας καταγραφής.

Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή υψηλής ανάλυσης, με αυτόματη λειτουργία στοίχισης και ευθυγράμμισης των εκτυπώσιμων χαρακτήρων αλλά και χειροκίνητη ρυθμιζόμενη από το χρήστη.

Να δύναται να εκτυπώσει απευθείας σε συμβατικό εκτυπωτή inkjet χωρίς την ανάγκη σύνδεσης με H/Y, σε περίπτωση που τελειώσει το θερμογραφικό χαρτί.

Να διαθέτει πλήρως ψηφιακά φίλτρα (AC, EMG - ηλεκτρομυογράφος).

Να διαθέτει θύρα USB & Ethernet για εκτύπωση και των 12 απαγωγών σε εξωτερικό εκτυπωτή και μνήμη τουλάχιστον 100 εγγραφών, οι οποίες να μπορούν να μεταφερθούν σε H/Y ή σε εξωτερική μονάδα αποθήκευσης δεδομένων USB Stick.

Να κατατεθεί πελατολόγιο των 3 τελευταίων ετών.

3) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ.

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΑ (1) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 100€

Το ηλεκτρονικό πιεσόμετρο να είναι αυτόματο, πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας για εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια στη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας.

Να διαθέτει περιχειρίδα αυτοκόλλητη κατάλληλη για πλύσιμο ή στεγνό καθάρισμα, με δείκτη καταλληλότητας μεγέθους.

Να έχει αυτόματη έναρξη φουσκώματος και ξεφουσκώματος της περιχειρίδας με το πάτημα ενός κουμπιού.

Να διαθέτει μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη υγρών κρυστάλλων για ένδειξη αρτηριακής, συστολικής & μέσης πίεσης, καρδιακών παλμών και αρρυθμίας.

Να διαθέτει λειτουργία αποθήκευσης τουλάχιστον 2 x 60 μετρήσεων και μέσου όρου πίεσης καθώς και ημερομηνίας και ώρας για τουλάχιστον δύο χρήστες.

Η λειτουργία μνήμης να διακρίνει αυτόματα πρωινές και βραδινές μετρήσεις.

Να διαθέτει πρόσθετη λειτουργία σφίξης χρήστη-επισκέπτη.

Να διαθέτει φωτιζόμενο κουμπί και δείκτη αρρυθμίας (IHB).

Να κάνει αθόρυβη και μικρής διάρκειας μέτρηση 20-25 [sec].

Να έχει και να λειτουργεί με απλές μπαταρίες και με μετασχηματιστή τάσης δικτύου. Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς και προστασίας.

4) ΤΕΣΤ ΕΝΖΥΜΟΥ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ.

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΑ (1) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 150€

Το τεστ ενζύμου Τροπονίνης T, να μετρά τη τροπονίνη με σύγχρονης τεχνολογίας μεθόδους και να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Το τεστ να επιτρέπει την γρήγορη εξακρίβωση της τροπονίνης με δείγμα από το ολικό φλεβικό αίμα.

Το τεστ να πραγματοποιείται χωρίς μηχανήμα εντός 20 λεπτών περίπου.

Το τεστ τροπονίνης να έχει ευαισθησία μικρότερη ή ίση του 0,3[ngt/ml].

Να έχει επαναληψιμότητα μικρότερη ή ίση του 10%.

Να εκτελείται τεστ χωρίς μηχανήμα εντός 20 περίπου λεπτών.

Να μπορεί να αποθηκεύεται στους +2[°C] έως +8[°C] μέχρι τη λήξη του.

Να προσφερθούν 2Χ5 τεστ Τροπονίνης και 2Χ5 σύριγγες.

5) ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ.

ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 150€

Το οξύμετρο δακτύλου πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, ανθεκτικής κατασκευής και σύγχρονης (ψηφιακής) τεχνολογίας.

Να είναι φορητό μικρού όγκου και βάρους μικρότερο των 90 [gr] μαζί με τη μπαταρία.

Να είναι κατάλληλο για επείγοντα περιστατικά.

Να έχει ενσωματωμένο αισθητήρα και να είναι εύκολο στη χρήση του.

Να υπολογίζει και απεικονίζει το επίπεδο κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα και τους καρδιακούς παλμούς.

Να χρησιμοποιεί την τεχνολογία ανάκλασης παλμών και να μετρά με

ακρίβεια και αξιοπιστία για το SpO2 ακρίβεια ± 2 , για το καρδιακό ρυθμό ± 3 και να εμφανίζει τα αποτελέσματα στην φωτιζόμενη οθόνη LCD της συσκευής.

Να χρησιμοποιεί διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνολογία μέτρησης κορεσμού του οξυγόνου.

Να είναι εργονομικό και να λειτουργεί με ένα μόνο πλήκτρο.

Να έχει δυνατότητα αυτόματου κλεισίματος για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας.

Να λειτουργεί με μπαταρίες που να παρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία.

6) ΤΣΑΝΤΕΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΕΙΣ.

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΑ (1) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 400€

Οι τσάντες επειγόντων περιστατικών να είναι πλήρεις, καινούργιες, αμεταχείριστες και ανθεκτικής κατασκευής.

Να είναι διαστάσεων περίπου 50[cm]x30[cm]x50[cm] με ιμάντα ώμου.

Να είναι αδιάβροχες με εσωτερικές θήκες και με εξωτερική θήκη.

Η κάθε τσάντα να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα είδη: βαμβάκι 70[gr], οξυζενέ 200[ml], Betadine 30[ml], 5 ταινίες plast 1,25[cm], Strips (διάφορα μεγέθη), 5 ελαστικούς επιδέσμους 12[cm], 5 ελαστικούς επιδέσμους 6[cm], 5 αποστειρωμένες γάζες 15x15[cm], Spray Vioplex 200[gr], αιμοστατικό βαμβάκι, λαβίδα γλώσσας, πιεσόμετρο, στηθοσκόπιο, συσκευή ανάνηψης Ambu μιας χρήσεως, συσκευή ανάνηψης Ambu πολλαπλών χρήσεων.

Σε όλα τα παραπάνω αναφερόμενα είδη οι τεχνικές προδιαγραφές τους πρέπει να τεκμηριώνονται με συνημμένα πρωτότυπα έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή ή άλλα επίσημα έγγραφα. Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος. Οι εταιρείες μπορούν να προσφέρουν είτε το σύνολο των ζητούμενων ειδών είτε μεμονωμένα είδη αλλά πάντα στην ποσότητα που ζητούνται.

Οι προσφερόμενες τιμές των ειδών δεν πρέπει να υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη που έχει καθορισθεί ανά ζητούμενο είδος.

Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές σε ένα ή περισσότερα είδη θα αποκλείονται.

Η κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:

- Όλα τα αναφερόμενα είδη να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.
- Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και

ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04, να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004.

- Βεβαίωση από τον προμηθευτή 15ετούς κάλυψης σε συντήρηση και ανταλλακτικά.
- Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού για τουλάχιστον δύο (2) έτη.
- Βεβαίωση από τον προμηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης με την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης - αποκατάστασης βλαβών άμεσα (το πολύ εντός 24ώρου εντός Κρήτης) & να είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος για την διανομή και τεχνική υποστήριξη των προσφερόμενων συσκευών.

Η παράδοση όλων των ειδών θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία της 7ης Υ.Πε. Κρήτης, με χρόνο παράδοσης το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο προμηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει τους χρήστες για την λειτουργία τους και τους τεχνικούς για τις επισκευές των συσκευών και να παραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης - συντήρησης στην Ελληνική και Service manual στα Αγγλικά.

Μετά την εκπλήρωση των παραπάνω θα υπογραφεί το πρωτοκόλλο παραλαβής των ειδών.

Ηράκλειο 15-10-2014

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ