



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχυδρομική Δ/ση: Σμύρνης, 26,

Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1285

Πληροφορίες: Πλατάκης Μιχάλης

Τηλέφωνο: 2813-404424

Τηλεο-ομοιοτυπία (fax): 2810300415

Ηλεκτρονική Δ/ση (e-mail): supplies2@hc-crete.gr

INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.07.11 13:31:16
EEST
Reason:
Location: Athens

Ηράκλειο: 11-7-2014

Αρ. Πρωτ.: 8156

ΠΡΟΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για υποβολή έγγραφης Οικονομικής-Τεχνικής προσφοράς για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στα Περιφερειακά Ιατρεία Μοχού, Ψαρής, Φοράδας, Κέντρο Υγείας Χάρακα (όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω), συνολικής εγκεκριμένης πίστωσης 14.500€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης».

Σχετικά: 1) Η με αριθμ. 198/11-07-2014 Απόφαση του Διοικητή της 7^{ης} Υ.Π.Ε. Κρήτης

Σε εκτέλεση της με αριθμ 198/11-07-2014 Απόφασης μας η 7^η Υ.Π.Ε. Κρήτης καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές όπως καταθέσουν στην κεντρική υπηρεσία οδός Σμύρνης 26, 1^{ος} όροφος τμήμα πρωτοκόλλου, μέχρι και την Δευτέρα 21/7/2014 και ώρα 15:00 μ.μ., Οικονομική – Τεχνική προσφορά (σε σφραγισμένο φάκελο), σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές οι οποίες και επισυνάπτονται με το παρόν έγγραφο μας), για την προμήθεια των ειδών.

Αναλυτικά τα ζητούμενα είδη αναφέρονται παρακάτω :

Α/α	Ε Ι Δ Ο Σ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Προβλεπόμενη Δαπάνη (συμπεριλαμβ/νου Φ.Π.Α.)
1	ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ	TEM	5	800 €

2	ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ	TEM	3	1500€
3	ΤΣΑΝΤΕΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΕΙΣ	TEM	5	750€
4	ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ	TEM	5	6000 €
5	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ LED	TEM	3	1500€
6	ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ	TEM	2	400 €
7	ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ	TEM	2	200 €
8	ΤΕΣΤ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ	TEM	1	300 €
9	ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ	TEM	2	200 €
10	ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ	TEM	1	200 €
11	ΣΕΤ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ	TEM	2	1300 €
12	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΤΑΤΟ ΟΡΟΥ	TEM	1	200 €
13	AMBU	TEM	1	200
14	ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ	TEM	1	150
15	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ	TEM	1	200
16	ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ	TEM	2	600
ΣΥΝΟΛΟ				14.500€

Σημειώνονται τα ακόλουθα :

- Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος.
- Οι εταιρίες μπορούν να προσφέρουν είτε το σύνολο των ειδών είτε μεμονωμένα είδη, αλλά πάντα στην ποσότητα που ζητείται.
- Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία της 7^{ης} Υ.ΠΕ. Κρήτης με άμεσο χρόνο παράδοσης (το αργότερο εντός δύο εβδομάδων από την υπογραφή της σύμβασης).
- Τα ανωτέρω ζητούμενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές ως αυτές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.
- Οι Προσφερόμενες από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές τιμές ανά ζητούμενο είδος (ή στο σύνολο ως αναφέρουν οι τεχνικές προδιαγραφές) δεν θα περιλαμβάνουν τον αναλογούν Φ.Π.Α.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 7^{ης} ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ.

1) ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ.

ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 800€

Το οξύμετρο δακτύλου πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, ανθεκτικής κατασκευής και σύγχρονης (ψηφιακής) τεχνολογίας.

Να είναι φορητό μικρού όγκου και βάρους μικρότερο των 90[gr] μαζί με τη μπαταρία.

Να είναι κατάλληλο για επείγοντα περιστατικά.

Να έχει ενσωματωμένο αισθητήρα και να είναι εύκολο στη χρήση του.

Να υπολογίζει και απεικονίζει το επίπεδο κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα και τους καρδιακούς παλμούς.

Να χρησιμοποιεί την τεχνολογία ανάκλασης παλμών και να μετρά με ακρίβεια και αξιοπιστία για το SpO₂ ακρίβεια ± 2 , για το καρδιακό ρυθμό ± 3 και να εμφανίζει τα αποτελέσματα στην φωτιζόμενη οθόνη LCD της συσκευής.

Να χρησιμοποιεί διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνολογία μέτρησης κορεσμού του οξυγόνου.

Να είναι εργονομικό και να λειτουργεί με ένα μόνο πλήκτρο.

Να έχει δυνατότητα αυτόματου κλεισίματος για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας.

Να λειτουργεί με μπαταρίες που να παρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία.

2) ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.

ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.500€

Το σετ των παρακάτω εργαλείων να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο και να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που θα τεκμηριώνονται με επίσημα έγγραφα.

Τα εργαλεία να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για τη κατασκευή χειρουργικών εργαλείων.

Η ποιότητα των υλικών κατασκευής να είναι αποδεδειγμένα κατάλληλη για εργαλεία μακροχρόνιας μηχανικής αντοχής και αντοχής στην οξείδωση.

Η διαδικασία παραγωγής τους να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των προτύπων διασφάλισης της ποιότητας (ISO 9000).

Να επισυναφθούν οπωσδήποτε τα παρακάτω έγγραφα, μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα όπως οδηγίες χρήσης, καθαρισμού, απολύμανσης, αποστείρωσης και συντήρησης.

Να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εργαλεία:

- Λαβίδα ανατομική, 14cm/15cm/16cm κυρτή ή ευθεία, από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ανθεκτικότητας, να αποστειρώνεται

σε κλίβανο.

- Λαβίδα χειρουργική 14cm/15cm κυρτή ή ευθεία από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ανθεκτικότητας, να αποστειρώνεται σε κλίβανο.
- Λαβίδα mosquito 12cm/14cm κυρτή ή ευθεία από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ανθεκτικότητας, να αποστειρώνεται σε κλίβανο.
- Λαβίδα rean 16cm κυρτή ή ευθεία από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ανθεκτικότητας, να αποστειρώνεται σε κλίβανο.
- Λαβίδα πολυπάγρας 25cm κυρτή ή ευθεία από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ανθεκτικότητας, να αποστειρώνεται σε κλίβανο.
- Ρινολαβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ανθεκτικότητας, να αποστειρώνεται σε κλίβανο.
- Βελονοκάτοχα 14cm/16cm από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας, να αποστειρώνονται σε κλίβανο.
- Ψαλίδια 14cm/15cm/16cm ευθεία ή κυρτά από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας, να αποστειρώνονται σε κλίβανο.

Τα κυτία να είναι inox για να αποστειρώνονται & να προσφερθούν προς επιλογή όλες οι διαστάσεις τους.

3) ΤΣΑΝΤΕΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΕΙΣ.

ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 750€

Οι τσάντες επειγόντων περιστατικών να είναι πλήρεις, καινούργιες, αμεταχείριστες και ανθεκτικής κατασκευής.

Να είναι διαστάσεων περίπου 45[cm]x25[cm]x47[cm].

Να είναι αδιάβροχες και να περιλαμβάνουν θήκες. Να διαθέτουν επίσης θήκες στο μπροστινό και στο πλαϊνό μέρος τους.

Να προσφέρονται πλήρεις με τα ακόλουθα είδη: Μάσκα CPR – Λαβίδα ανατομική – Ψαλίδι ευθύ – Γάζες αποστειρωμένες – Ταινία στήριξης – Λαβίδα γλώσσας – Πιεσόμετρο – Στηθοσκόπιο – Ψαλίδια – Φιάλη οξυγόνου 0,5 λίτρων με μάσκα – Λαρυγγοσκόπιο.

Να διαθέτει ιμάντα ώμου.

4) ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ.

ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 6.000€

Ο ηλεκτροκαρδιογράφος να είναι τρικάναλος, πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος, φορητός, σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας με μικροϋπολογιστή, κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας, με δυνατότητα ανάλυσης των ηλεκτροκαρδιογραφημάτων, εργονομικό πληκτρολόγιο. Όλες οι αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές του να τεκμηριώνονται με συνημμένα πρωτότυπα έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή, ή άλλα επίσημα έγγραφα.

Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220[V] & με επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion τάσης 14.4[V] για συνεχή λειτουργία τουλάχιστον 3 ωρών και να έχει ένδειξη της μπαταρίας για δυνατότητα ενημέρωσης του

χρήστη σε περίπτωση αποφόρτισης της κατά την λειτουργία.

Να έχει συνολικό βάρος μικρότερο των 3[kg].

Να καταγράφει και να αναλύει ταυτόχρονα και τις 12 απαγωγές του, σε αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία προσφέροντας πολλαπλές παραμέτρους στο χρήστη.

Να διαθέτει θύρα USB & Ethernet για εκτύπωση και των 12 απαγωγών σε εξωτερικό εκτυπωτή και μνήμη τουλάχιστον 100 εγγραφών, οι οποίες να μπορούν να μεταφερθούν σε H/Y ή σε εξωτερική μονάδα αποθήκευσης δεδομένων (USB Stick).

Να συνοδεύεται από λογισμικό H/Y κατάλληλο για μεταφορά εγγραφών ΗΚΓ σε H/Y και αποστολή τους σε μορφή PDF & JPG. Να κατατεθούν η συμβατότητα, οι λειτουργίες, τα formats για το λογισμικό προς αξιολόγηση.

Να έχει ενσωματωμένη LCD οθόνη, πολλαπλών παραμέτρων, ικανή για προβολή γραφημάτων και καρδιογραφήματος σε κυματομορφές, καθώς επίσης και η προβολή του καρδιογραφήματος, των παραμέτρων και των στοιχείων του ασθενή ταυτόχρονα (ημερομηνία, ώρα και όνομα).

Να εμφανίζει ταυτόχρονα και τις 12 απαγωγές στην οθόνη.

Να διαθέτει προγράμματα μετρήσεων και διάγνωσης για νεογνά, παιδιά και ενήλικες.

Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή υψηλής ανάλυσης για εκτύπωση των κυματομορφών ανά μία ή ανά τρεις, με αυτόματη λειτουργία στοίχισης και ευθυγράμμισης των εκτυπώσιμων χαρακτήρων αλλά και χειροκίνητη ρυθμιζόμενη από το χρήστη.

Με δυνατότητα επιλογής διαφόρων επιπέδων ταχύτητας καταγραφής.

Να διαθέτει πλήρως ψηφιακά φίλτρα (AC, EMG - ηλεκτρομυογράφο).

Να διαθέτει οπτική & ηχητική ένδειξη στον χρήστη για τυχόν σφάλματα κατά την καταγραφή (πχ. αποκόλληση ή μη καλής επαφής ηλεκτροδίων).

Η μονάδα να συνοδεύεται από καλώδιο ασθενούς, τροχήλατο τραπεζάκι μεταφοράς & βραχίονα στήριξης των καλωδίων του ασθενούς.

Να κατατεθεί πελατολόγιο των 3 τελευταίων ετών.

5) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ LED.

ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.500€

Ο τροχήλατος μεγεθυντικός φακός να είναι πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος, ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας, νοσοκομειακού τύπου, κατάλληλος για κάθε νοσοκομειακή και κλινική εξέταση, κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας και τις διεθνείς εγκρίσεις που απαιτούνται.

Να είναι φορητός και τροχήλατος σε βάση 5 τροχών με πολύσπαστο βραχίονα μήκους τουλάχιστον 90 [cm].

Να λειτουργεί με τάση 230[V]/50[Hz], να φέρει διακόπτη ON/OFF, με λυχνία LED χαμηλής τάσης και μεγάλης απόδοσης φωτεινότητας.
Η λυχνία του να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 40.000 ώρες και θερμοκρασία χρώματος τουλάχιστον 6.500 Kelvin.
Ο βραχίονας να παρέχει μεγάλο εύρος κίνησης και να στρέφεται.
Να είναι βαμμένος σε φούρνο βαφής και να απολυμαίνεται χωρίς αλλοιώσεις από χημικά, απολυμαντικά, καθαριστικά.
Να διαθέτει CE mark & να είναι κλάσης II.

6) ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ.

ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 400€

Ο προσφερόμενος νεφελοποιητής να είναι πλήρης, καινούργιος, αμεταχειρίστος, ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας, κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας.
Να είναι υψηλών προδιαγραφών ιδανικός για χρήση σε κρυολογήματα, άσθμα, αναπνευστικά νοσήματα κ.λ.π.
Η νεφελοποίηση να γίνεται μέσω ταλαντώσεων υψηλής συχνότητας 100 [kHz] με ρυθμό νεφελοποίησης περίπου 0,16 [ml/min] & όγκο πλήρωσης 16 [ml] χρησιμοποιώντας πεπιεσμένο αέρα (πίεση περίπου 3 [bar]).
Να συνοδεύεται από εισπνευστήρα, νεφελοποιητή Mesh με δοχείο φαρμάκων, επιστόμιο, σύνδετικό, μάσκα προσώπου ενηλίκων, μάσκα προσώπου παιδιών, τροφοδοτικό & τσάντα αποθήκευσης και μεταφοράς.

7) ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ.

ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 200€

Το ηλεκτρονικό πιεσόμετρο να είναι αυτόματο, πλήρες, καινούργιο, αμεταχειρίστο, ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας για εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια στη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας.
Να διαθέτει περιχειρίδα αυτοκόλλητη κατάλληλη για πλύσιμο ή στεγνό καθαρίσμα, με δείκτη καταλληλότητας μεγέθους.
Να έχει αυτόματη έναρξη φουσκώματος και ξεφουσκώματος της περιχειρίδας με το πάτημα ενός κουμπιού και δυνατότητα εξατομικευμένης ρύθμισης της πίεσης της περιχειρίδας.
Να διαθέτει μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη υγρών κρυστάλλων για ένδειξη αρτηριακής, συστολικής & μέσης πίεσης, καρδιακών παλμών και αρρυθμία.
Να διαθέτει λειτουργία αποθήκευσης τουλάχιστον 2 x 60 μετρήσεων και μέσου όρου πίεσης καθώς και ημερομηνίας, ώρας για τουλάχιστον δύο χρήστες με επιλογή μέτρησης πρωινών και βραδινών μετρήσεων.
Να διαθέτει δείκτη αρρυθμίας (IHB).
Να κάνει αθόρυβη και μικρής διάρκειας μέτρηση (20-25 sec).
Να έχει και να λειτουργεί με απλές μπαταρίες και με μετασχηματιστή τάσης δικτύου. Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς και προστασίας.

8) ΤΕΣΤ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ.

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΑ (1) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 300€

Το προσφερόμενο τεστ να μετρά τη τροπονίνη με σύγχρονης τεχνολογίας μεθόδους και να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Το τεστ τροπονίνης να μετρά & να επιτρέπει την γρήγορη εξακρίβωση της τροπονίνης με δείγμα από το ολικό φλεβικό αίμα.

Το τεστ τροπονίνης να έχει ευαισθησία μικρότερη ή ίση του 0,3[ngr/ml].

Να έχει επαναληψιμότητα μικρότερη ή ίση του 10%.

Να εκτελείται τεστ χωρίς μηχανήμα εντός 20 περίπου λεπτών.

Να μπορεί να αποθηκεύεται στους +2°C έως +8°C μέχρι τη λήξη του.

Να προσφερθούν 5 τεστ Τροπονίνης και 5 σύριγγες.

9) ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ.

ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 200€

Το προσφερόμενο στηθοσκόπιο να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, ανθεκτικής κατασκευής και κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Να έχει διπλό κώδωνα από ανοξείδωτο χάλυβα, τόσο για ήχους χαμηλών αλλά και υψηλών συχνοτήτων και να παρέχει βέλτιστη ακουστική ευκρίνεια σε εξετάσεις γενικής εφαρμογής.

Να διαθέτει σωλήνα από ενισχυμένο ελαστικό με εργονομική και ενισχυμένη κατανομή στο σημείο σύνθεσης με το έλασμα των ακουστικών και με άριστη ακουστική.

Η ροδέλα (στεφάνι) να είναι κατασκευασμένη από υλικό που να μην παγώνει το δέρμα του ασθενή.

Οι ελιές να είναι μαλακιές για καλή εφαρμογή στα αυτιά του χρήστη και να εξασφαλίζουν τέλεια ηχομόνωση.

10) ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ.

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΑ (1) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 200€

Το ωτοσκόπιο να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, μικρού μεγέθους & βάρους, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Να λειτουργεί με κοινές μπαταρίες.

Να έχει λυχνία LED για 100% περισσότερο φωτισμό.

Να είναι κατασκευασμένο από μέταλλο και ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας και λαβή μπαταρίας κυλινδρικού σχήματος.

Να συνοδεύεται από χωνάκια ιδίου χρώματος διαμέτρου 2,5[mm].

Θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη από τον προμηθευτή για επάρκεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων.

Να συνοδεύεται με θήκη μεταφοράς.

11) ΣΕΤ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ.

ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.300€

Το σετ λαρυγγοσκοπίου να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας και να πληροί όλα τα τελευταία standards όπως IEC 601-1, EN 1819, ISO 7376-3, CE.

Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο μέταλλο, ανθεκτικό, με σαγρέ λαβές για σταθερό κράτημα και αποσπώμενες λάμες με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διάφορους τύπους και μεγέθη. Να διαθέτει λάμες παιδιατρικές & ενηλίκων (Paed, Macintosh, WIS, & Miller)

Οι λάμες να εφαρμόζουν εύκολα και αυτόματα στη λαβή κάνοντας τέλεια επαφή με αυτή.

Λάμες

Οι λάμες να διαθέτουν ενσωματωμένη δέσμη τουλάχιστον 6500 παράλληλων οπτικών ινών, μεταφοράς του ψυχρού φωτισμού υψηλής απόδοσης και φωτεινότητας.

Να μην περιλαμβάνουν βίδες.

Να είναι σχεδιασμένες & κατασκευασμένες χωρίς γωνίες και οπές για ελαχιστοποίηση της πιθανότητας τραυματισμού των ασθενών κατά την χρήση, εύκολο καθαρισμό & αποτελεσματική απολύμανση-αποστείρωση.

Να λειτουργεί με απλές μπαταρίες.

Να υπάρχει εγγύηση για 5 χρόνια στις λάμες ή 4000 αποστειρώσεις χωρίς απώλεια της φωτεινότητας – πάνω από 1000[lux].

Λαβές

Για τις προσφερόμενες λαβές να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διαφορετικών διαστάσεων.

Ο λαμπτήρας τους να είναι τεχνολογίας XENON για μεγαλύτερη φωτεινότητα σε σχέση με τους κοινούς λαμπτήρες αλογόνου.

Το εξωτερικό μέρος των λαβών να μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί ή να αποστειρωθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Το εσωτερικό μέρος των λαβών που δεν αποστειρώνεται να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τον χρόνο αποστείρωσης του εξωτερικού μέρους είτε με κάποια άλλη εξωτερική λαβή είτε να επαναφορτίζεται.

Οι λαβές να αποτελούνται από δύο αυτόνομα μέρη, το εξωτερικό μέρος της λαβής και το εσωτερικό μέσα στο οποίο να βρίσκονται οι μπαταρίες καθώς και ο λαμπτήρας. Το εξωτερικό μέρος της λαβής να μπορεί να αποστειρωθεί και σε αυτόκαυστο κλίβανο.

12) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΤΑΤΟ ΟΡΟΥ.

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΑ (1) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 200€

Το στατό ορού να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, ανθεκτικής κατασκευής από 100% ανοξείδωτο υλικό.

Να είναι σωληνωτού σχήματος, ρυθμιζόμενου ύψους από 120[cm] έως 200[cm] και να διαθέτει μηχανισμό που να κλειδώνει με ασφάλεια στο επιθυμητό ύψος.

Στο άνω μέρος να φέρει σύστημα με δύο (2) άγκιστρα για την ανάρτηση των ορών. Το σύστημα αυτό να είναι προσθαφαιρούμενο για να μπορεί να καθαρίζεται.

Να φέρεται πάνω σε τροχήλατη 5άκτινη βάση και οι τροχοί να είναι υψηλής ποιότητας.

13) AMBU.

TEMAXIA ENA (1) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 200€

Ο προσφερόμενος ασκός να είναι πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος, τελευταίου τύπου.

Να είναι κατασκευασμένος από σιλικόνη, ο ασκός αναζωογόνησης να έχει χωρητικότητα τουλάχιστο 1500[ml] συνοδευόμενος με μάσκα ενηλίκων.

Να διαθέτει βαλβίδα μη επιστροφής και να μπορεί να συνδέεται με βαλβίδα reed.

Να είναι latex free και να κλιβανίζεται στους 134[°C].

Να μπορεί να δεχθεί μάσκες για παιδιά ή νεογνά.

14) ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ.

TEMAXIA ENA (1) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 150€

Το προσφερόμενο διαφανοσκόπιο να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, ανθεκτικής κατασκευής.

Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220[V] με ρευματολήπτη τύπου σούκο, να φέρει διακόπτη ON/OFF και ο φωτισμός του να είναι φυσικού φωτός ημέρας από λυχνίες μεγάλης φωτεινότητας μικρής κατανάλωσης.

Να είναι μιας θέσης για προβολή ακτινογραφικών φιλμ και να διαθέτει ειδικό έλασμα υψηλής αντοχής το οποίο να στερεώνει σταθερά το φιλμ χωρίς να το καταστρέφει.

Να είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα 8/10 με αντιοξειδωτική προστασία βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή.

Να φέρει κάλυμμα από plexiglass πάχους έως 3[mm].

Να μπορεί να τοποθετηθεί σε τραπέζι ή να αναρτηθεί σε τοίχο.

15) ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ.

TEMAXIA ENA (1) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 200€

Οι προσφερόμενοι τραχειοσωλήνες να είναι πλήρεις, καινούργιοι, αμεταχείριστοι, από σιλικόνη, ανθεκτικής κατασκευής σύγχρονου τύπου και αποστειρωμένοι μιας χρήσης.

Να προσφερθούν τρεις (3) τραχειοσωλήνες διαφόρων μεγεθών κατάλληλοι για παιδιά και για ενήλικες.

16) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ.

ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 600€

Οι προσφερόμενοι επιτοίχιοι θερμοπομποί να είναι πλήρεις, καινούργιοι, αμεταχείριστοι, ανθεκτικής κατασκευής τελευταίου τύπου.

Να λειτουργούν με τάση δικτύου 220[V] με ρευματολήπτες τύπου σούκο, να φέρουν διακόπτη ON/OFF και να εκπέμπουν μεγάλη θερμότητα με μικρή κατανάλωση ρεύματος.

Σε όλα τα παραπάνω αναφερόμενα είδη οι τεχνικές προδιαγραφές τους πρέπει να τεκμηριώνονται με συνημμένα πρωτότυπα έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή ή άλλα επίσημα έγγραφα.

Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος.

Οι εταιρίες μπορούν να προσφέρουν είτε το σύνολο των ειδών είτε μεμονωμένα είδη, αλλά πάντα στην ποσότητα που ζητείται.

Οι προσφερόμενες τιμές των ειδών δεν πρέπει να υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη που έχει καθορισθεί ανά ζητούμενο είδος.

Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές σε ένα ή περισσότερα είδη θα αποκλείονται.

Η κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:

- Όλα τα αναφερόμενα είδη να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.
- Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.Δ. 117/2004.
- Βεβαίωση από τον προμηθευτή 15ετούς κάλυψης σε συντήρηση και ανταλλακτικά.
- Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού για τουλάχιστον δύο (2) έτη.
- Βεβαίωση από τον προμηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης με την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης - αποκατάστασης βλαβών άμεσα (το πολύ εντός 24ώρου).

Η παράδοση όλων των ειδών θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία της 7ης Υ.Πε. Κρήτης με άμεσο χρόνο παράδοσης.

Ο προμηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει τους χρήστες για την λειτουργία τους και τους τεχνικούς για τις επισκευές των συσκευών

και να παραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης - συντήρησης στην
Ελληνική και Service manual.

Μετά την εκπλήρωση των παραπάνω θα υπογραφεί το πρωτοκόλλο
παραλαβής των ειδών.

Η παράδοση των παραπάνω ειδών θα πραγματοποιηθεί εντός δύο
εβδομάδων από την υπογραφή της σύμβασης.

Ηράκλειο 11-7-2014

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ